PUNTAS INSERTOS
ULTRASONIDOS

RUMAR
mayorista dental



+250 MODELOS COMPATIBLES

¡SIEMPRE EN STOCK, ENTREGA EN 24 HORAS!

RUMAR

+ info

PU

PUNTAS / INSERTOS ULTRASONIDOS

¿ CÓMO IDENTIFICAR UNA PUNTA ?

- Profilaxis
- Perio
- Endo
- Tratamiento Caries
- Especial
- Cirugía
- Diamantada
- Baño de Titanio



SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS ANTERIORES:

MODO X indica que la punta debe utilizarse en el modo X del escalador / ultrasonidos.

- **G:** Profilaxis
- **P:** Periodoncia
- **E:** Endodoncia

POTENCIA

- La primera cuadrícula indica que la potencia es del 0 - 30% de la potencia en el modo X del escalador / ultrasonidos.
- La segunda cuadrícula indica que la potencia es del 30% - 60% de la potencia en el modo X del escalador / ultrasonidos.
- La tercera cuadrícula indica que la potencia es del 60% - 100% de la potencia en el modo X del escalador / ultrasonidos.

IRRIGACIÓN (Volumen de agua)

- La primera cuadrícula indica que el volumen de agua es del 0 - 30%.
- La segunda cuadrícula indica que el volumen de agua es del 30% - 60%.
- La tercera cuadrícula indica que el volumen de agua es del 60% - 100%.

COMPATIBILIDAD

- **S:** Rosca tipo S
- **E:** EMS®
- **KS:** KaVo® Soniflex 2000
- **SIR:** Sirona®
- **A:** Amdent® y LM®
- **MEC:** Mectron®
- **KP1:** KaVo® Piezolux
- **KP2:** KaVo® PiezoLED

NUEVO

Kit A-C Castellucci

Acabado de la cavidad de acceso

Por: ***Dr. Arnaldo Castellucci***

Este kit diseñado por el Dr. Arnaldo Castellucci y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, ha sido especialmente diseñado para realizar el **acabado de las paredes de la cavidad de acceso y la localización de la entrada de los conductos**. Este kit está dirigido tanto a **endodoncistas** como a **odontólogos generales** que deseen obtener resultados superiores con un mínimo esfuerzo.

Descripción:

Punta ED51 (AC1) / E51: Acabado de las paredes de la cavidad de acceso.
Utilizada para refinar las paredes de las cavidades de acceso en molares y premolares. Colocada en un ángulo de 110° garantiza una visibilidad y control óptimos. Posibilidad de trabajar en modo seco para un corte agresivo o con irrigación para mantener un campo despejado y evitar el sobrecalentamiento.

Punta ED52 (AC2) / E52: Localización del canal MB2.
Colocada a lo largo del surco entre los canales mesiobucal y palatino, con un sencillo movimiento de "vaivén" y una ligera presión, **localiza y reubica la entrada del canal MB2**. Utilizada con irrigación para enfriar la punta y eliminar restos para una mejor visualización del área tratada.

Punta ED53 (AC3) / E53: Eliminación de calcificaciones y postes de fibra.
Utilizada directamente sobre los depósitos patológicos para eliminar calcificaciones, preservando la dentina sana. La concentración de vibraciones, alternando los modos seco e irrigado, permite la eliminación eficaz de **postes de fibra**.

Punta ED54 (AC4) / E54: Eliminación de postes metálicos.
Su utilización directa, aplicando una presión moderada mientras gira la punta alrededor de la cabeza del poste, elimina de forma sencilla los postes metálicos. Alternando los modos seco y regado, evita el sobrecalentamiento y garantiza un rebaje seguro.

Punta ED55 (AC5) / E55: Acabado del suelo de la cámara pulpar.
Utilizada para eliminar calcificaciones o materiales de restauración antiguos sin alterar la anatomía natural. Empleada con irrigación, evita el sobrecalentamiento y consigue un suelo de cámara liso y convexo.

Consejos generales:
- **Recomendada** su utilización con una potencia máxima de entre el 60 y 90% de la unidad ultrasónica, dependiendo de la punta.
- **Comprobar** que las roscas de la pieza de mano son correctas (EMS o tipo S).
- **Alternar los modos seco e irrigado** según sea necesario para conseguir una mayor precisión y refrigeración.

Este KIT INCLUYE:

- **ED51** (AC1) **/ E51**
- **ED52** (AC2) **/ E52**
- **ED53** (AC3) **/ E53**
- **ED54** (AC4) **/ E54**
- **ED55** (AC5) **/ E55**
- **Soporte 6 puntas**

NUEVO

Ref.:	**28-ACDTE**	Rosca Tipo S
Ref.:	**28-ACWP**	Rosca tipo EMS®

Kit Azim

Retro-preparación

Por: ***Dr. Adham Abdel Azim***

NUEVO

Este kit diseñado por el Dr. Azim y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, es una colección PREMIUM de puntas ultrasónicas especialmente diseñadas para lograr precisión y eficacia en los procedimientos de **endodoncia retrógrada**. Este kit proporciona instrumentos especializados adaptados para la **cirugía apical**, la **preparación retrógrada** y un mejor acceso a las zonas anatómicas difíciles.

Descripción:

ED19D (AZ1-E) / E19D.
Punta recta diseñada para crear cavidades retrógradas precisas en conductos rectos. Ideal para un corte eficaz y controlado en zonas apicales accesibles.

ED20D (AZ2-E) / E20D.
Punta curva para preparaciones retrógradas en canales con ligeras curvaturas. Mejora el acceso y la visibilidad en casos anatómicamente difíciles.

ED23D (AZ3-E) / E23D.
Punta cónica y angulada para preparaciones retrógradas en conductos de curvatura moderada a severa. Proporciona precisión en espacios restringidos cerca del ápice radicular.

ED39D (AZ4-E) / E39D.
Instrumento de punta fina diseñado para la preparación retrocavitaria mínimamente invasiva. Ideal para la preparación precisa de pequeñas cavidades apicales.

ED40D (AZ5-E) / E40D.
Punta especializada para acceder y limpiar zonas apicales estrechas y de difícil acceso. Mejora la precisión en la creación de cavidades retrógradas para el sellado.

ED41D (AZ6-E) / E41D.
Punta angulada para abordar curvaturas extremas del conducto y anatomía apical intrincada. Permite a los clínicos tratar casos complejos con facilidad.

Aplicaciones:

- **Preparación de obturaciones retrógradas** durante cirugías apicales.
- **Limpieza y modelado de cavidades apicales** para mejorar el sellado.
- **Eliminación eficaz de tejido infectado** y restos en el ápice radicular.
- **Calentamiento y condensación de materiales de obturación** retrógrados para un sellado óptimo.

Este KIT INCLUYE:

- **ED19D** (AZ1-E) **/ E19D**
- **ED20D** (AZ2-E) **/ E20D**
- **ED23D** (AZ3-E) **/ E23D**
- **ED39D** (AZ4-E) **/ E39D**
- **ED40D** (AZ5-E) **/ E40D**
- **ED41D** (AZ6-E) **/ E41D**
- **Soporte 6 puntas**

NUEVO

Ref.:	**28-AZIMDTE**	Rosca Tipo S
Ref.:	**28-AZIMWP**	Rosca tipo EMS®

Kit BFRT

Eliminación de puntas rotas

Por: ***Dr. Yoshi Terauchi***

NUEVO

Este kit diseñado por el Dr. Yoshi Terauchi y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, ha sido diseñado específicamente para facilitar la **ampliación del canal** y la **extracción de limas rotas** durante los procedimientos endodónticos. Este kit ha sido cuidadosamente diseñado para aprovechar cada una de sus puntas durante las distintas etapas del proceso, garantizando la máxima eficiencia y seguridad.

Descripción:

1- Ampliación del canal hasta la lima rota y abocardado del canal.
Utilizar una fresa Gates Glidden n.º 3 para ampliar el canal hasta la lima rota y cepillarla contra la pared exterior para ensanchar el canal cuando la curvatura del canal sea inferior a 15 grados.

Utilizar una lima NiTi cónica nº 60/.02 para ampliar el canal hasta la lima rota y cepillarla contra la pared externa para ensanchar el canal cuando la curvatura del canal sea superior a 15 grados.

2- Puntas ED88 (Katana-H) y ED89 (Katana-V):
Crea un espacio semicircular de 90 grados.
Estas puntas están ideadas para crear un espacio fino entre la pared interna y la lima rota, utilizando la superficie plana sobre la lima rota desde la pared interior, y activando los ultrasonidos al colocarlas en el espacio. La profundidad del espacio debe ser al menos un tercio de la longitud de la lima rota. Si la curvatura es superior a 30 grados, es recomendable colocar una gota de aceite de silicona de calidad médica en el canal para facilitar la lubricación y el aflojamiento de la lima rota. La profundidad del espacio en esta condición debe ser al menos la mitad de la longitud de la lima rota.

3- Punta ED87 (TFRK-S):
Amplía el espacio periférico de 90 grados hasta 180 grados.
Utilizada para ampliar el espacio semicircular de 90 grados a 180 grados hasta que la lima rota 'baile' (moviéndose del espacio original a otro) bajo magnificación. En la práctica clínica, la punta se debe utilizar con movimientos de picoteo y pulsación. Se aconseja no presionarla contra el canal y activar los ultrasonidos para evitar su rotura debido a la fatiga cíclica.
Para ampliar el espacio lateral, la punta debe ser utilizada con un movimiento de arriba / abajo para cortar dentina, no lateralmente.

4- Una vez finalizada la preparación, la punta de ultrasonidos ED87 (TFRK-S) empleada cuando se hizo 'bailar' la lima rota, debe ser utilizada para realizar intentos de extracción por ultrasonidos. Para lograr la extracción de la lima rota, se debe colocar la punta ultrasónica en el espacio creado en la pared interna y activar los ultrasonidos en un corto vertical dentro del espacio previamente preparado. Si la curvatura del canal es de 30 grados o inferior a 30 grados, se debe rellenar el canal con EDTA al 17%, o si la curvatura del canal es superior a 30 grados debe emplearse aceite vegetal (Ej.: aceite de soja).

Este KIT INCLUYE:

- **ED87** (TFRK-S) **/ E87**
- **ED88** (Katana-H) **/ E88**
- **ED89** (Katana-V) **/ E89**
- **Llave**
- **Soporte 6 puntas**

ED87
E87

ED88
E88

ED89
E89

NUEVO

Ref.:	**28-BFRTDTE**	Rosca Tipo S
Ref.:	**28-BFRTWP**	Rosca tipo EMS®

Kit Talal

Puntas ultrasonidos para endodoncia

Por: ***Dr. Talal Al Nahlawi***

NUEVO

Este kit diseñado por el Dr. Talal y desarrollado en colaboración con Woodpecker / DTE, ha sido diseñado para dar la solución definitiva a los procedimientos endodónticos más complejos y desafiantes, permitiendo que los dentistas realicen una **limpieza y conformación detallada de los conductos radiculares**, mejorando la eficiencia y los resultados de los tratamientos.

Descripción:

Punta ED1 (TD1) / E1.
Eliminación de calcificaciones y cementos, exposición y extracción de limas rotas.

Punta ED62 (TD2) / E2.
Facilita la irrigación activa y la activación de la irrigación, esenciales para la desinfección eficaz del conducto radicular.

Punta ED18 (TD3) / E3.
Apertura de acceso y refinamiento, detección de orificios del canal y eliminación de calcificaciones.

Punta ED12D (TD4) / E12D.
Eliminación de piedras de pulpa y materiales acumulados en la base de la cámara pulpar.

Punta ED15D (TD5) / E15D.
Eliminación de postes de fibra (coronalmente) y eliminación de calcificaciones en el tercio coronal del canal.

Punta ED6 (TD6) / E6.
Eliminación de limas rotas y postes de fibra localizados en zonas apicales.

Este KIT INCLUYE:

- **ED1** (TD1) **/ E1**
- **ED6** (TD6) **/ E6**
- **ED18** (TD3) **/ E18**
- **ED62** (TD2) **/ E62**
- **ED12D** (TD4) **/ E12D**
- **ED15D** (TD5) **/ E15D**
- **6 Limas ultrasónicas** con punta de 0,3 mm y conicidad de 2%
- **Llave plana**
- **Soporte 6 puntas**



NUEVO

Ref.:	**28-TALALDTE**	Rosca Tipo S
Ref.:	**28-TALALWP**	Rosca tipo EMS®

ULTRASONIDOS DTE® D600, S6, D5, D7 Y OTROS
Rosca tipo S

DTE®

GD1 | Profilaxis, depósitos supragingivales

s

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

28-GD1
28-5GD1

GD1T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales

s

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

28-GD1T

GD2 | Profilaxis, depósitos supragingivales abundantes

s

Eliminación de depósitos supragingivales abundantes.
Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.



Ref.:

28-GD2



GD2T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales abundantes

s

Eliminación de depósitos supragingivales abundantes.
Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.



Ref.:

28-GD2T



GD3 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximal y surcos

s

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluidas las zonas interproximales y los surcos.



Ref.:

28-GD3



GD4 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximales

s

Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-GD4



GD4T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales, especial interproximales

s

Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-GD4T



GD5 | Profilaxis, depósitos supragingivales

s

Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival.



Ref.:
28-GD5



GD6 | Profilaxis, depósitos supragingivales

s

Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.



Ref.:
28-GD6



GD7 | Profilaxis, extracción de coronas

s

Extracción de coronas. Aplicar el instrumento sobre la superficie y activar. Aumentar la presión hasta que dejen de oírse las vibraciones y mantener durante unos segundos.



Ref.:
28-GD7



GD8 | Profilaxis, extracción de coronas

s

Extracción de postes. Alta eficacia ultrasónica para la extracción de las piezas protésicas de dificil extracción.

Ref.:
28-GD8



GD10 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y cuello

Eliminación del cálculo supragingival en todos los cuadrantes, incluyendo interproximal y cuello.

Ref.:
28-GD10



GD10T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales, especial interproximal y cuello

Eliminación del cálculo supragingival, interdental y en el cuello de los dientes.

Ref.:
28-GD10T



GD12 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial superficies linguales

Eliminación de grandes depósitos supragingivales en las superficies linguales de todos los cuadrantes.

Ref.:
28-GD12



PD1 | Perio, depósitos subgingivales

Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:
28-PD1





PD1T | Perio, recubrimiento Titanio, depósitos subgingivales

Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:
28-PD1T



PD2L | Perio, lado izquierdo, especial espacios interradiculares estrechos

Angulada a la izquierda, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y furcaciones.

Ref.:
28-PD2L

PD2R | Perio, lado derecho, especial espacios interradiculares estrechos

S

Angulada a la derecha, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y de la furcación.

Ref.:

28-PD2R



PD3 | Perio, bolsas periodontales profundas

S

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-PD3





PD3D | Perio, diamantada, especial bolsas periodontales profundas

S

Fina, larga y diamantada en la punta (40µm) para el alisado radicular después de la cirugía de colgajo periodontal. También se aplica a la planificación del borde de la corona y la expansión de la furcación.

Ref.:

28-PD3D





PD3T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales profundas

S

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-PD3T





PD4 | Perio, especial bolsas periodontales poco profundas

S

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:

28-PD4





PD4T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales poco profundas

S

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:

28-PD4T





PD5 | Perio

s

Recomendado para la eliminación de cálculo la zona interproximal y en el margen gingival del cuello

Ref.:
28-PD5

PD6 | Perio, bolsas periodontales profundas

s

Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:
28-PD6



PD7 | Perio, depósitos subgingivales

s

Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:
28-PD7





PD10 | Perio, especial sarro bolsas periodontales

s

Para un raspado suave y la eliminación del sarro en la bolsa periodontal.

Ref.:
28-PD10





PD12 | Perio, especial sarro bolsas periodontales

s

Con un fino filo de cuchilla en el extremo de la punta, para una eliminación muy eficaz del sarro rebelde en la zona subgingival posterior.

Ref.:
28-PD12





ED1 (TD1) | Endodoncia, ángulo 120° **(Consultar Limas ENDO NiTi)**

s

Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares.
Especialmente en piezas dentales anteriores.

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:
28-ED1





ED2 | Endodoncia, ángulo 95° (Consultar Limas ENDO NiTi)

Soporte 95° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares.
Especialmente en molares.





Ref.:
28-ED2

NiTi #15 | Lima Endo

Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:
28-NITIU15

NiTi #20 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:
28-NITIU20

NiTi #25 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:
28-NITIU25

NiTi #30 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:
28-NITIU30

NiTi #35 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:
28-NITIU35

ED3 | Endodoncia, especial fundir Gutapercha

s

Recomendado para fundir Gutapercha.
Sumergir el instrumento en Eugenol antes de introducirlo en el conducto.
Presione ligeramente el instrumento contra el cono de gutapercha y active el ultrasonidos para condensar hasta llenar el conducto.

Ref.:

28-ED3





ED3D | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas

s

Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para ampliar el conducto radicular y facilitar así las extracción de limas rotas. No toque la lima rota al ampliar el conducto radicular para evitar que esta se introduzca más en el conducto.

Ref.:

28-ED3D





ED4 | Endodoncia, especial obstrucciones

s

Diseñada para eliminar obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 22 mm.

Ref.:

28-ED4





ED4D | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos

s

Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para eliminar la calcificación y material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del mismo.
Longitud de la parte diamantada: 15 mm.

Ref.:

28-ED4D





ED5 | Endodoncia, especial obstrucciones

s

Diseñada para eliminar las obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 16 mm.

Ref.:

28-ED5



ED5D | Endodoncia, diamantada, especial obstrucciones

s

Punta diamantada (40µm) ideal para eliminar la calcificación y el material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la punta diamantada: 10 mm.

Ref.:

28-ED5D



ED6 (TD6) | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas

s

Delgada y flexible, recomendada para extraer cuerpos extraños del canal radicular profundo.

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-ED6





ED7 | Endodoncia, especial cuerpos extraños primer tercio

s

Delgada y flexible, recomendada para eliminar cuerpos extraños en el primer tercio del canal radicular.

Ref.:

28-ED7





ED10 | Endodoncia, especial preparación retrógrada de conducto radicular

s

Se utiliza para pulir el conducto radicular en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la parte delgada de la punta es de 4,5 mm.

Ref.:

28-ED10



ED10D | Endodoncia, diamantada, especial preparación retrógrada de conducto radicular

s

Punta diamantada (40µm) para un alisado radicular de alta eficacia en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la punta diamantada es de 3,3 mm.

Ref.:

28-ED10D





ED11 | Endodoncia, especial preparación retrógrada de conducto radicular

s

Se utiliza para pulir el conducto radicular en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la parte delgada de la punta es de 3,5 mm.

Ref.:

28-ED11





ED11D | Endodoncia, diamantada, especial preparación retrógrada de conducto radicular

s

Punta diamantada (40µm) para un alisado radicular de alta eficacia en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la punta diamantada es de 2,2 mm.

Ref.:

28-ED11D





ED12D (TD4) | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos

S

Punta con revestimiento de diamante (90µm) ideal para eliminar calcificaciones y rellenos defectuosos de la cavidad pulpar, exponiendo la abertura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-ED12D



ED14 | Endodoncia, especial extracción limas rotas

S

Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 22 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-ED14





ED14D | Endodoncia, especial extracción limas rotas

S

Punta diamantada (40um) para eliminar la calcificaciones y rellenos defectuosos del conducto radicular durante el retratamiento del mismo. La longitud de la punta diamantada es de 15mm.

Ref.:

28-ED14D





ED15 | Endodoncia, especial extracción limas rotas

S

Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 16 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-ED15





ED15D (TD5) | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas

S

Punta diamantada (40um) para eliminar la calcificaciones y rellenos defectuosos del conducto radicular durante el retratamiento del mismo. La longitud de la punta diamantada es de 10mm.

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-ED15D





ED16 | Endodoncia

S

Se utiliza para determinar la posición del conducto radicular, eliminar dentina, calcificaciones y soltar la corona en el primer tercio de la corona del conducto radicular.
La punta tiene 12 microranuras, para una buena capacidad de corte.
El movimiento de vaivén de la punta incrementa su eficiencia. En el caso de un funcionamiento sin irrigación, seleccione el modo de “trabajar de 5 a 10 segundos y luego pare por 2 segundos” e irrigue cada 60 segundos para refrigerar y enjuagar.

Ref.:

28-ED16



ED18 (TD3) | Endodoncia, especial primer tercio coronas

Se utiliza para determinar la posición del conducto radicular, eliminar dentina, calcificaciones y soltar la corona en el primer tercio de la corona del conducto radicular.
La punta tiene 12 microranuras, para una buena capacidad de corte.
El movimiento de vaivén de la punta incrementa su eficiencia. En el caso de un funcionamiento sin irrigación, seleccione el modo de "trabajar de 5 a 10 segundos y luego pare por 2 segundos" e irrigue cada 60 segundos para refrigerar y enjuagar. ***Incluida en Endo Kit Talal.***



Ref.:
28-ED18

ED19D | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación

Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.
Incluida en Endo Kit Azim.



Ref.:
28-ED19D



ED20D | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación

Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 6mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.
Incluida en Endo Kit Azim.



Ref.:
28-ED20D



ED21LD | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación, doblada hacia la izquierda

Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de molares y premolares.
Doblada hacia la izquierda.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.



Ref.:
28-ED21LD

ED21RD | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación, doblada hacia la derecha

Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de molares y premolares.
Doblada hacia la derecha.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.



Ref.:
28-ED21RD



ED23D | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación (casos complicados)

Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 9mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.
Incluida en Endo Kit Azim.



Ref.:
28-ED23D



ED24D | Endodoncia, irrigación de canal radicular

S

Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 5mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales anteriores.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-7 / S6: Modo E, potencia 1-10.



Ref.:
28-ED24D



NUEVO

ED39D | Endodoncia, retropreparación

S

Instrumento de punta fina diseñado para la preparación retrocavitaria mínimamente invasiva.
Ideal para la preparación precisa de pequeñas cavidades apicales.
Incluida en Endo Kit Azim.

Ref.:
28-ED39D

NUEVO

ED40D | Endodoncia, retropreparación

S

Punta especializada para acceder y limpiar zonas apicales estrechas y de difícil acceso.
Mejora la precisión en la creación de cavidades retrógradas para el sellado.
Incluida en Endo Kit Azim.

Ref.:
28-ED40D

NUEVO

ED41D | Endodoncia, retropreparación

S

Punta angulada para abordar curvaturas extremas del conducto y anatomía apical intrincada.
Permite a los clínicos tratar casos complejos con facilidad.
Incluida en Endo Kit Azim.

Ref.:
28-ED41D

ED60 | Endodoncia, irrigación de canal radicular

S

Irrigación mínimamente invasiva. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 × 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares.

Ref.:
28-ED60





ED62 (TD6) | Endodoncia, irrigación de canal radicular

S

Ø 0,3mm; taper: 0%: largo parte de trabajo: 16mm. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 × 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares. ***Incluida en Endo Kit Talal.***

Ref.:
28-ED62





ED87 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



s

ED87 o **TFRK-S**, está diseñada para la extracción de limas rotas en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (ED87, ED88 y ED89).

Se caracteriza por una terminación extremadamente afilada: 0,1mm de diámetro y 0,01 de conicidad y puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Utilización:

1.- extender el espacio ranurado hasta que se vea "bailando" la lima rota tras la creación del espacio semicircular de 90 grados en la pared interna con Katana-V o Katana-H.

2.- Eliminar lima rota.

3.- Crear un espacio fino para la introducción del instrumento manual de eliminación de Gutapercha y retirar el relleno radicular de Gutapercha.

Incluida en Endo Kit BFRT.

Ref.:

28-ED87

ED88 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



s

ED88 o **Takana- V**, está diseñada para la extracción de limas rotas en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (ED87, ED88 y ED89).

Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit BFRT.



Ref.:

28-ED88

ED89 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



s

ED89 o **Katana- H**, está diseñada para la extracción de limas rotas en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (ED87, ED88 y ED89).

Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit BFRT.



Ref.:

28-ED89

GD20 | Tallado hombro

s

Punta diamantada (120µm) para rebajar la dentina. Diseñada para la preparación del hombro supragingival tras la terminación de la preparación del hombro subgingival con una fresa.



Ref.:

28-GD20



GD21 | Tallado hombro

s

Punta diamantada (50µm) para rebajar la dentina.
Diseñada para pulir los hombros supragingivales y subgingivales preparados.

Ref.:

28-GD21



GD30 | Tallado de fosas y fisuras

S

Punta diamantada (90um) para la preparación entre pozos y fisuras.

Ref.:
28-GD30

GD31 | Tallado hombro especial cavidad mesial

S

Punta diamantada (90um) para la preparación de la cavidad mesial.

Ref.:
28-GD31



GD32 | Tallado hombro especial cavidad distal

S

Punta diamantada (90um) para la preparación de la cavidad distal.

Ref.:
28-GD32



SBD1 | Preparación de cavidades, especial superficie ocusal y cuello

S

Punta diamantada (85µm). Diseñada para eliminar caries en la superficie oclusal de los dientes y el cuello dental.
Coloque la punta en la fosa y desplácela lentamente ejerciendo una ligera presión.



Ref.:
28-SBD1



SBD2 | Preparación de cavidades, especial superficie mesial

S

Punta de media bola diamantada (85µm). Diseñada para eliminar la caries en la superficie mesial de los dientes adyacentes.

Ref.:
28-SBD2



SBD3 | Preparación de cavidades, especial superficie distal

S

Punta de media bola diamantada (85µm). Diseñada para eliminar caries en la superficie mesial de los dientes adyacentes.



Ref.:
28-SBD3

ED8 | Tratamientos caries, especial fresas turbina (Ø = 1,6mm)

s

Recomendado para sostener diferentes tipos de fresas (Ø =1,6mm) para realizar una amplia variedad de tratamientos.
Normalmente utilizada en dientes anteriores.
Fresas especiales que pueden ser usadas para implantes.

Ref.:

28-ED8





ED9 | Tratamientos caries, especial fresas turbina (Ø = 1,6mm)

s

Recomendado para sostener diferentes tipos de fresas (Ø =1,6mm) para realizar una amplia variedad de tratamientos.
Normalmente utilizada en molares.
Fresas especiales que pueden ser usadas para implantes.

Ref.:

28-ED9





PD40 | Perio implantes, Endochuck

s

Endochuck / adaptador para sujetar las puntas de mantenimiento de implantes PD41, PD42, PD43L y PD43R para limpiar y mantener el implante.

Ref.:

28-PD40





PD41 | Perio implantes

Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes.
Longitud de la cabeza Peek: 15mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión.
Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival.
Necesario Adaptador / Endochuck: PD40.

Ref.:

28-PD41





PD42 | Perio implantes

Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes.
Longitud de la cabeza Peek: 19mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión.
Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival.
Necesario Adaptador / Endochuck: PD40.

Ref.:

28-PD42





PD43L | Perio implantes, izquierda

Punta diseñada para realizar la limpieza y el mantenimiento de implantes dentales. Longitud de la cabeza Peek: 21mm. Al tener forma de gancho delgado, facilita la limpieza y el mantenimiento en la parte subgingival. El extremo de la punta se dobla dos veces, por lo que evita tocar dientes adyacentes y la superficie bucal.
Necesario Adaptador / Endochuck: PD40.

Ref.:

28-PD43L





PD43R | Perio implantes, derecha

Punta diseñada para realizar la limpieza y el mantenimiento de implantes dentales. Longitud de la cabeza Peek: 21mm. Al tener forma de gancho delgado, facilita la limpieza y el mantenimiento en la parte subgingival. El extremo de la punta se dobla dos veces, por lo que evita tocar dientes adyacentes y la superficie bucal.
Necesario Adaptador / Endochuck: PD40.



Ref.:

28-PD43R

PD90 | Perio implantes

S

Volumen de agua: Asegúrese de que el agua de irrigación llegue al final de la punta.
Descripción funcional: Utilizado para piedras grandes gingivales y placa dental.
Área aplicable: Todos los dientes bucal y lingual, implante dental o prótesis.



Ref.:

28-PD90

ROSCA TIPO S

RUMAR

sICP | Profi Implantes **(Punta soporte + 1 punta PEEK)**

S

Soporte angulado a 120° en acero inoxidable + 1 punta cónica 100% PEEK

Ref.:

44-sICP

ICPpeek | Set punta PEEK, **10 uds.**

Set puntas PEEK, 10 uds.

Ref.:

44-ICPpeek

ULTRASONIDOS WOODPECKER® U600 Y OTROS
COMPATIBLE EMS

WOODPECKER®

G1 | Profilaxis, depósitos supragingivales

Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

28-G1
28-5G1

Ti G1T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

28-G1T

G2 | Profilaxis, depósitos supragingivales abundantes

Eliminación de depósitos supragingivales abundantes. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.



Ref.:

28-G2



Ti G2T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales abundantes

Eliminación de depósitos supragingivales abundantes. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.



Ref.:

28-G2T



G3 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximal y surcos

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluidas las zonas interproximales y los surcos.



Ref.:

28-G3



G4 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximales

Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-G4





Ti G4T | Profilaxis, recubrimiento Titanio, depósitos supragingivales, especial interproximales

Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-G4T





G5 | Profilaxis, depósitos supragingivales

Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-G5





G6 | Profilaxis, depósitos supragingivales

Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:
28-G6





G10 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y cuello

Eliminación del cálculo supragingival en todos los cuadrantes, incluyendo interproximal y cuello.

Ref.:
28-G10



G12 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial superficies linguales

Eliminación de grandes depósitos supragingivales en las superficies linguales de todos los cuadrantes.

Ref.:
28-G12



P1 | Perio, depósitos subgingivales

Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:
28-P1





P1T | Perio, recubrimiento Titanio

Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:
28-P1T





P2L | Perio, lado izquierdo, especial espacios interradiculares estrechos

Angulada a la izquierda, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y furcaciones.

Ref.:
28-P2L





P2R | Perio, lado derecho, especial espacios interradiculares estrechos

Angulada a la derecha, se utiliza para eliminar el sarro de espacios interradiculares muy estrechos y de la furcación.

Ref.:
28-P2R





P3 | Perio, bolsas periodontales profundas

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:
28-P3





P3D | Perio, diamantada, especial bolsas periodontales profundas

Fina, larga y diamantada en la punta (40µm) para el alisado radicular después de la cirugía de colgajo periodontal. También se aplica a la planificación del borde de la corona y la expansión de la furcación.

Ref.:
28-P3D





P3T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales profundas

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:
28-P3T



P4 | Perio, especial bolsas periodontales poco profundas

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:
28-P4





P4D | Perio, diamantada, especial orientación canal radicular

Punta diamantada (40µm) diseñada para la orientación del conducto radicular.
También puede aplicarse para eliminar las calcificaciones situadas en el primer tercio del conducto radicular.
No presione demasiado durante el tratamiento para evitar dañar el conducto radicular.

Ref.:
28-P4D



P4T | Perio, recubrimiento Titanio, especial bolsas periodontales poco profundas

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:
28-P4T





P5 | Perio

Recomendado para la eliminación de cálculo la zona interproximal y en el margen gingival del cuello

Ref.:
28-P5



P6 | Perio, bolsas periodontales profundas

Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:
28-P6





P7 | Perio, depósitos subgingivales

Delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:
28-P7





P8 | Perio, bolsa periodontal poco profunda

NUEVO

Para eliminar el sarro en la bolsa periodontal poco profunda y tratar la superficie del diente adyacente y la zona de la zanja.
Punta plana y ancha, que se puede utilizar para limpiar la superficie de los dientes en subgingival 1/4 y la parte supragingival.

Ref.:
28-P8





P10 | Perio, especial sarro bolsas periodontales

Para un raspado suave y la eliminación del sarro en la bolsa periodontal.

Ref.:
28-P10





P12 | Perio, especial sarro bolsas periodontales

Con un fino filo de cuchilla en el extremo de la punta, para una eliminación muy eficaz del sarro rebelde en la zona subgingival posterior.

Ref.:
28-P12





P14L | Perio, especial sarro bolsas periodontales

NUEVO

Con un fino filo de cuchilla en el extremo de la punta, para una eliminación muy eficaz del sarro rebelde en la zona subgingival posterior.
Curvada hacia la izquierda.

Ref.:
28-P14L





P14R | Perio, especial sarro bolsas periodontales

Con un fino filo de cuchilla en el extremo de la punta, para una eliminación muy eficaz del sarro rebelde en la zona subgingival posterior.
Curvada hacia la derecha.

Ref.:
28-P14R





P20 | Perio, especial sarro bolsas periodontales

Especialmente diseñada para la eliminación de cálculo en los dientes adyacentes, margen gingival del cuello y el cálculo en los primeros 3mm de la bolsa subgingival.

Ref.:

28-P20

P22L | Perio, especial sarro bolsas periodontales

Posee una parte recta de 12 mm diseñada para la eliminación completa del sarro y las manchas subgingivales.
Curvada hacia la izquierda.

Ref.:

28-P22L





P22R | Perio, especial sarro bolsas periodontales

Posee una parte recta de 12 mm diseñada para la eliminación completa del sarro y las manchas subgingivales.
Curvada hacia la derecha.

Ref.:

28-P22R





E1 (T1) | Endodoncia, ángulo 120° (Consultar Limas ENDO NiTi)

Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares.
Especialmente en piezas dentales anteriores

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-E1





E2 | Endodoncia, ángulo 95° (Consultar Limas ENDO NiTi)

Soporte 95° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares.
Especialmente en piezas dentales anteriores

Ref.:

28-E2





NiTi #15 | Lima Endo

Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU15

NiTi #20 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU20

NiTi #25 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU25

NiTi #30 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU30

NiTi #35 | Lima Endo



Para punta ultrasonidos, 6uds
Limas NiTi K.
Aleación de Nitinol.
Utilizables con puntas de ultrasonidos (soporte). ENDOCHUCK
(E1, ED1, ES1, E2, ED2, ES2)

Ref.:

28-NITIU35

E3 | Endodoncia, especial fundir Gutapercha

Recomendado para fundir Gutapercha.
Sumergir el instrumento en Eugenol antes de introducirlo en el conducto.
Presione ligeramente el instrumento contra el cono de gutapercha y active el ultrasonidos para condensar hasta llenar el conducto.

Ref.:

28-E3





E3D | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas

Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para ampliar el conducto radicular y facilitar así las extracción de limas rotas. No toque la lima rota al ampliar el conducto radicular para evitar que esta se introduzca más en el conducto.

Ref.:

28-E3D



E4 | Endodoncia, especial obstrucciones

Diseñada para eliminar obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 22 mm.

Ref.:

28-E4





E4D | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos

Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para eliminar la calcificación y material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del mismo.
Longitud de la parte diamantada: 15 mm.

Ref.:

28-E4D





E5 | Endodoncia, especial obstrucciones

Diseñada para eliminar las obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 16 mm.

Ref.:

28-E5



E5D | Endodoncia, diamantada, especial obstrucciones



Punta diamantada (40µm) ideal para eliminar la calcificación y el material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la punta diamantada: 10 mm.

Ref.:

28-E5D





E6 (T6) | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas

Delgada y flexible, recomendada para extraer cuerpos extraños del canal radicular profundo.

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-E6





E10 | Endodoncia, especial preparación retrógrada de conducto radicular



Se utiliza para pulir el conducto radicular en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la parte delgada de la punta es de 4,5 mm.

Ref.:

28-E10





E11 | Endodoncia, especial preparación retrógrada de conducto radicular

Se utiliza para pulir el conducto radicular en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la parte delgada de la punta es de 3,5 mm.



Ref.:

28-E11



E11D | Endodoncia, diamantada, especial preparación retrógrada de conducto radicular

Punta diamantada (40µm) para un alisado radicular de alta eficacia en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la punta diamantada es de 2,2 mm.



Ref.:

28-E11D



E12D (T4) | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos

Punta con revestimiento de diamante (90µm) ideal para eliminar calcificaciones y rellenos defectuosos de la cavidad pulpar, exponiendo la abertura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-E12D



E14 | Endodoncia especial extracción limas rotas

Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 22 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-E14





E14D | Endodoncia, dimantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos

Punta diamantada (40um) para eliminar la calcificaciones y rellenos defectuosos del conducto radicular durante el retratamiento del mismo.
La longitud de la punta diamantada es de 15mm.

Ref.:

28-E14D





E15 | Endodoncia, especial extracción limas rotas

Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular.
La longitud de la parte del extremo delgado es de 16 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-E15





E15D (T5) | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos

Punta diamantada (40um) para eliminar la calcificaciones y rellenos defectuosos del conducto radicular durante el retratamiento del mismo. La longitud de la punta diamantada es de 10mm.

Incluida en Endo Kit Talal.

Ref.:

28-E15D





E18 (T3) | Endodoncia, especial primer tercio coronas

Se utiliza para determinar la posición del conducto radicular, eliminar dentina, calcificaciones y soltar la corona en el primer tercio de la corona del conducto radicular. La punta tiene 12 micro-ranuras, para una buena capacidad de corte.
El movimiento de vaivén de la punta incrementa su eficiencia. En el caso de un funcionamiento sin irrigación, seleccione el modo de "trabajar de 5 a 10 segundos y luego pare por 2 segundos" e irrigue cada 60 segundos para refrigerar y enjuagar. ***Incluida en Endo Kit Talal.***

Ref.:

28-E18



E21LD | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación

Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de molares y premolares.
Doblada hacia la izquierda.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.

Ref.:

28-E21LD





E21RD | Endodoncia, diamantada, especial modificación ápice en retropreparación

Diseñada para una eficiente modificación de ápice en retropreparación.
El largo de la parte diamantada es 3mm. Diamantada: 30µm.
Normalmente utilizada para la preparación de piezas dentales posteriores.
Doblada hacia la derecha.
Recomendaciones: D600 Modo E, potencia 1-6 / S6: Modo E, potencia 1-9.

Ref.:

28-E21RD



E60 | Endodoncia, irrigación de canal radicular

Irrigación mínimamente invasiva. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 × 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares.

Ref.:

28-E60





E62 (T6) | Endodoncia, irrigación de canal radicular

Ø 0,3mm; taper: 0%: largo parte de trabajo: 16mm. La parte de trabajo es espiral pero no afilada, con básicamente ninguna capacidad de corte, evitando eficazmente que la forma del conducto radicular sea destruida, proporcionando una operación eficiente y segura. Operación de riego: Coloque la punta en el conducto radicular, trate de mantener la punta sin estrés, encienda el dispositivo durante 20 segundos y luego deténgase para limpiar el conducto radicular. Generalmente, un conducto radicular necesita ser irrigado 3 × 20 segundos. Vida útil recomendada: 30 ~ 50 conductos radiculares. ***Incluida en Endo Kit Talal.***

Ref.:

28-E62





NUEVO

E87 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



E87 o **TFRK-S**, está diseñada para la extracción de limas rotas en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (E87, E88 y E89).

Se caracteriza por una terminación extremadamente afilada: 0,1mm de diámetro y 0,01 de conicidad y puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Utilización:

1.- extender el espacio ranurado hasta que se vea "bailando" la lima rota tras la creación del espacio semicircular de 90 grados en la pared interna con Katana-V o Katana-H.

2.- Eliminar lima rota.

3.- Crear un espacio fino para la introducción del instrumento manual de eliminación de Gutapercha y retirar el relleno radicular de Gutapercha.

Incluida en Endo Kit BFRT.

Ref.:

28-E87

NUEVO

E88 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



E88 o **Takana- V**, está diseñada para la extracción de limas rotas en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (E87, E88 y E89).

Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit BFRT.



Ref.:

28-E88

NUEVO

E89 | Endodoncia, especial extracción limas rotas



E89 o **Katana- H**, está diseñada para la extracción de limas rotas en combinación con el resto de puntas del BFRT Endo Kit (E87, E88 y E89).

Con una terminación extremadamente fina en forma de espada, puede precurvarse según los grados de curvatura del conducto radicular.

Incluida en Endo Kit BFRT.



Ref.:

28-E89

G20 | Tallado hombro

Punta diamantada (120µm) para rebajar la dentina. Diseñada para la preparación del hombro supragingival tras la terminación de la preparación del hombro subgingival con una fresa.





Ref.:

28-G20

G21 | Tallado hombro

Punta diamantada (50µm) para rebajar la dentina.
Diseñada para pulir los hombros supragingivales y subgingivales preparados.

Ref.:

28-G21

G30 | Tallado de fosas y fisuras

Punta diamantada (90um) en la cabeza de la punta, utilizados para la preparación entre fosas y fisuras.

Ref.:

28-G30





G31 | Tallado hombro, especial cavidad mesial

Punta diamantada (90um) en la cabeza de la punta, utilizados para la preparación de la cavidad mesial.

Ref.:

28-G31





G32 | Tallado hombro, especial cavidad distal

Punta diamantada (90um) en la cabeza de la punta, utilizados para la preparación de la cavidad distal.

Ref.:

28-G32





SB1 | Preparación de cavidades, especial superficie oclusal y cuello

Punta diamantada (85µm) diseñada para eliminar caries en la superficie oeclusal de los dientes y el cuello dental. Coloque el instrumento en la fosa y desplácelo lentamente ejerciendo una ligera presión.

Ref.:

28-SB1





SB2 | Preparación de cavidades, especial superficie mesial

Punta diamantada (85µm) diseñada para eliminar caries en la superficie distal de los dientes adyacentes.

Ref.:

28-SB2





SB3 | Preparación de cavidades, especial superficie distal

Punta diamantada (85µm) diseñada para eliminar caries en la superficie distal de los dientes adyacentes.

Ref.:

28-SB3



E8 | Tratamientos caries, especial fresas turbina (Ø = 1,6mm)

Recomendado para sostener diferentes tipos de fresas (Ø =1,6mm) para realizar una amplia variedad de tratamientos.
Normalmente utilizada en dientes anteriores.
Fresas especiales que pueden ser usadas para implantes.

Ref.:

28-E8



P90 | Perio implantes

Volumen de agua: Asegúrese de que el agua de irrigación llegue al final de la punta.
Descripción funcional: Utilizado para piedras grandes gingivales y placa dental.
Área aplicable: Todos los dientes bucal y lingual, implante dental o prótesis.

Ref.:

28-P90



P94 | Perio implantes

Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes.
Longitud de la cabeza Peek: 15mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión.
Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival.

Ref.:

28-P94





P95 | Perio implantes

Punta diseñada para realizar el mantenimiento de implantes.
Longitud de la cabeza Peek: 19mm, desinfectable a alta temperatura y alta presión.
Forma de gancho delgado, lo que facilita la limpieza subgingival.

Ref.:

28-P95





EMS Y COMPATIBLES

RUMAR

eICP | Profi Implantes **(Punta soporte + 1 punta PEEK)**

Soporte angulado a 120° en acero inoxidable + 1 punta cónica 100% PEEK

Ref.:
44-eICP

ICPpeek | Set punta PEEK, **10 uds.**

Ref.:
44-ICPpeek

PUNTAS ESPECIALES PT-A, PT-B, PT5 Y PT-3

WOODPECKER

P33 | Perio, especial tratamiento bolsas profundas

Diseñada para la eliminación de sarro profundo en la bolsa periodontal y para enjuagar la bolsa periodontal. La punta es delgada y puede utilizarse para el raspado fino de la superficie radicular subgingival.

Para el tratamiento en bolsas periodontales profundas, se debe programar la potencia más baja y en ningún caso se debe exceder el nivel de potencia recomendado.

Para la función de irrigación de la bolsa periodontal, se debe programar el volumen de agua debe más alto.

Confirmar que el caudal de agua de refrigeración alcanza la punta del inserto durante el tratamiento.

Método de operación: coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente y coloque la bola de la punta contra la superficie del diente.



Ref.:

28-P33





P50L | Perio, especial raspado subgingival

Doblada a la izquierda, está diseñada para la exploración del cálculo subgingival, el alisado radicular y el raspado subgingival.

Zona de utilización: dientes adyacentes.

Método de operación: coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente. La parte delantera o trasera del extremo de 2mm se adapta a la superficie del diente.

Volumen de agua: asegúrese de que el agua de refrigeración llegue al final de la punta.



Ref.:

28-P50L



P50R | Perio, especial raspado subgingival

Doblada a la derecha, está diseñada para la exploración del cálculo subgingival, el alisado radicular y el raspado subgingival.

Zona de utilización: dientes adyacentes.

Método de operación: coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente. La parte delantera o trasera del extremo de 2mm se adapta a la superficie del diente.

Volumen de agua: asegúrese de que el agua de refrigeración llegue al final de la punta.



Ref.:

28-P50R



P56 | Perio, especial eliminación grandes acumulaciones sarro

Diseñada grandes acumulaciones de sarro supragingival y biofilm, no daño al tejido gingival cuando la limpieza se hace en el margen de este.

Zona de utilización: zonas palatal/lingual y labial/bucal de todos los dientes. Especialmente diseñada para la eliminación de cálculo en la cara lingual. Confirmar que el caudal de agua de refrigeración alcanza la punta del inserto durante el tratamiento.

Método de operación: coloque la punta de forma paralela al eje longitudinal del diente y coloque la bola de la punta contra la superficie del diente.



Ref.:

28-P56



AMDENT y LM

A1 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y surcos

Eliminación de los depósitos supragingivales, incluidas las zonas interproximales y los surcos.

***Llaves LM no valen para esta punta.**

Ref.:

28-A1





A2 | Depósitos supragingivales (incluido cuello y parte adyacente)

Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluido el cuello y la parte adyacente de los dientes.

***Llaves LM no valen para esta punta.**

Ref.:

28-A2





KaVo® Sonosoft® y Piezolux®

GC1 | Profilaxis, Sichel hoz, depósitos supragingivales

Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:

28-GC1





GC2 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interdental y cuello

Eliminación del cálculo supragingival, interdental y en el cuello de los dientes.

Ref.:

28-GC2



PC1 | Perio, depósitos supragingivales, especial interproximal y surcos

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluidas las zonas interproximales y los surcos.

Ref.:

28-PC1

KaVo® Sonicflex 2000N/L, 2003 /L y R-Tech® ECOS2

GK1 | Profilaxis, depósitos supragingivales

Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.



Ref.:
28-GK1



GK2 | Profilaxis, Sichel hoz, especial sarro abundante

Eliminación de sarro abundante y placa supragingival.



Ref.:
28-GK2



GK3 | Profilaxis, especial interdental y cuello

Eliminación de depósitos supragingivales, interdental y en el cuello de los dientes.



Ref.:
28-GK3



GK4 | Profilaxis, depósitos supragingivales, especial interproximal y surcos

Eliminación de depósitos supragingivales, especialmente en las zonas interproximales y surcos.

Ref.:
28-GK4



GK5 | Profilaxis, depósitos supragingivales

Eliminación los depósitos supragingivales.



Ref.:
28-GK5



GK6 | Profilaxis, depósitos supragingivales (angulada izquierda)

Eliminación de depósitos supragingivales.
Angulada a la izquierda.



Ref.:
28-GK6



GK7 | Profilaxis, depósitos supragingivales (angulada derecha)

Eliminación de depósitos supragingivales.
Angulada a la derecha.

Ref.:
28-GK7



KaVo® PiezoLED®, PiezoSOFT® y compatibles

NUEVO

PC60 | Profilaxis, espacios interproximales y raspado supragingival

Tratamiento de espacios interproximales y raspado supragingival.

Ref.:
28-PC60





NUEVO

PC61 | Perio, bolsas periodontales profundas, dientes adyacentes y zona de la zanja

Diseñada para eliminar el sarro en la bolsa periodontal poco profunda y tratar la superficie del diente adyacente y la zona de la zanja.
La punta es plana y ancha, y se puede utilizar para limpiar la superficie de los dientes en subgingival 1/4 y la parte supragingival.

Ref.:
28-PC61



NUEVO

PC62 | Perio, bolsas periodontales profundas

Diseñada para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:
28-PC62





SIRONA SIROSONIC / L / TL, PERIOSONIC, PERIOSCAN

GS1 | Profilaxis, depósitos supragingivales

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

Ref.:
28-GS1





GS2 | Profilaxis, depósitos supragingivales abundantes

Eliminación de depósitos supragingivales abundantes. Aplicar el extremo plano sobre la superficie de los dientes.

Ref.:
28-GS2





GS3 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximal y surcos

Eliminación de los depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluidas las zonas interproximales y los surcos.

Ref.:
28-GS3





GS4 | Profilaxis, depósitos supragingivales especial interproximales

Recomendado para el tratamiento de espacios interproximales y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-GS4





GS5 | Profilaxis, depósitos supragingivales

Recomendado para el tratamiento de casos sencillos y profilaxis supragingival.

Ref.:
28-GS5





PS1 | Perio, depósitos subgingivales

Larga, delgada y afilada, recomendada para la limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

Ref.:
28-PS1





PS3 | Perio, bolsas periodontales profundas

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales profundas.

Ref.:

28-PS3





PS4 | Perio, especial bolsas periodontales poco profundas

Recomendado para la limpieza e irrigación de bolsas periodontales poco profundas.

Ref.:

28-PS4





PS4D | Perio, diamantada, especial orientación canal radicular

Punta diamantada (40µm) diseñada para la orientación del conducto radicular.
También puede aplicarse para eliminar las calcificaciones situadas en el primer tercio del conducto radicular.
No presione demasiado durante el tratamiento para evitar dañar el conducto radicular.

Ref.:

28-PS4D





ES1 | Endodoncia, ángulo 120° (Consultar Limas ENDO NiTi)

Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares.
Especialmente en piezas dentales anteriores

Ref.:

28-ES1





ES2 | Endodoncia, ángulo 95° (Consultar Limas ENDO NiTi)

Soporte 95° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares.
Especialmente en piezas dentales anteriores

Ref.:

28-ES2





ES3 | Endodoncia, especial fundir Gutapercha

Recomendado para fundir gutapercha.
Sumergir el instrumento en eugenol antes de introducirlo en el conducto. Presione ligeramente el instrumento contra el cono de gutapercha y active el escarificador para condensar hasta llenar el conducto.

Ref.:

28-ES3





ES3D | Endodoncia, diamantada, especial extracción limas rotas

Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para ampliar el conducto radicular y facilitar así las extracción de limas rotas. No toque la lima rota al ampliar el conducto radicular para evitar que esta se introduzca más en el conducto.

Ref.:

28-ES3D





ES4 | Endodoncia, especial obstrucciones

Diseñada para eliminar obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 22 mm.

Ref.:

28-ES4





ES4D | Endodoncia, diamantada, especial calcificaciones y rellenos defectuosos

Punta con revestimiento de diamante (40µm) ideal para eliminar la calcificación y material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del mismo.
Longitud de la parte diamantada: 15 mm.

Ref.:

28-ES4D





ES5 | Endodoncia, especial obstrucciones

Diseñada para eliminar las obstrucciones del relleno radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
Longitud de la parte delgada de la punta: 16 mm.

Ref.:

28-ES5



ES5D | Endodoncia, diamantada, especial obstrucciones

Punta diamantada (40µm) para eliminar la calcificación y el material de relleno defectuoso en el conducto radicular durante el retratamiento del conducto radicular.
La longitud de la punta diamantada es de 10 mm.

Ref.:

28-ES5D





ES10D | Endodoncia, diamantada, especial preparación retrógrada de conducto radicular

Punta diamantada (40µm) para un alisado radicular de alta eficacia en la preparación retrógrada de conductos radiculares.
La longitud de la punta diamantada es de 3,3 mm.

Ref.:

28-ES10D





ES14 | Endodoncia especial extracción limas rotas

Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 22 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-ES14



ES15 | Endodoncia especial extracción limas rotas

Punta para la extracción de limas rotas dentro del conducto radicular. La longitud de la parte del extremo delgado es de 16 mm. Si es posible, coloque la cabeza del paciente en una posición en la que el conducto radicular esté horizontal con una inclinación hacia abajo. Gire el extremo del instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la parte rota hasta que sea extraída del conducto radicular.

Ref.:

28-ES15





PUNTAS CIRUGÍA WOODPECKER SURGIC TOUCH, ULTRASURGERY, US-II, DTE DS-II Y SURGIC X

COMPATIBLE "MECTRON - CIRUGÍA"

UC1 | Extraccción (Similar Mectron® EX1)

Se utiliza para cortar la anquilosis y las técnicas de fraccionamiento radicular.

Ref.:

28-UC1





MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**

UC2 | Extraccción

Angulada a la izquierda. Se utiliza para cortar la anquilosis y las técnicas de fraccionamiento radicular en zonas posteriores.

Ref.:

28-UC2





MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**

UC3 | Extraccción

Angulada a la derecha. Se utiliza para cortar la anquilosis y las técnicas de fraccionamiento radicular en zonas posteriores.

Ref.:

28-UC3



MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**

UE1 | Endodoncia, diamantada (Similar Mectron® EN1)

Punta diamantada (40µm) para el desbridamiento radicular apical y para un alisado radicular eficaz.
La longitud de la punta diamantada es de 3,3 mm.

Ref.:

28-UE1





MODO: **RAÍZ** (ROOT)
POTENCIA: **Endo (potencia máxima permitida)**

UE2 | Endodoncia (Similar Mectron® EN2)

Se utiliza para la limpieza suave del canal radicular.
La longitud de la parte lisa delgada de la punta es de 4,5 mm.

Ref.:

28-UE2





MODO: **RAÍZ** (ROOT)
POTENCIA: **Endo (potencia máxima permitida)**

UL1 | Elevación, membrana sinusal (Similar Mectron® EL3)

Ángulo de la punta 120°, separación de la membrana sinusal en zonas internas.
Elevador no cortante de la membrana sinusal.

Ref.:
28-UL1





MODO: **RAÍZ** (ROOT)
POTENCIA: **Endo (potencia máxima permitida)**

UP1 | Perio (Similar Mectron® PS1)

Recomendado para raspados periodontales suaves.

Ref.:
28-UP1





MODO: **RAÍZ** (ROOT)
POTENCIA: **Perio**

US1 | Osteotomía (Similar Mectron® OT6)

Gran eficacia en la osteotomía de grandes secciones óseas durante la cirugía maxilofacial, también puede utilizarse para la exodoncia.

Ref.:
28-US1



MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**

US2 | Osteotomía (Similar Mectron® OT7)

Técnica de osteotomía de alta eficacia en maxilar y mandíbula.
(expansión de la cresta, técnica de corticotomía, injerto de bloque óseo)

Ref.:
28-US2

MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**

US3 | Osteotomía (Similar Mectron® OT2)

Osteotomía de gran precisión en estructuras anatómicamente delgadas.

Ref.:
28-US3





MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical /Spongious)**



US4 | Osteoplastia (Similar Mectron® OP3)

Universal osteoplastia: ostectomía periodontal, recuperación de hueso, eliminación de tejido inflamatorio. (quistes, etc.)

Ref.:
28-US4





MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical /Spongious)**

US5 | Osteoplastia (Similar Mectron® OP1)

Osteoplastia de hueso de alta eficiencia: remodelación ósea y recuperación de hueso.

Ref.:

28-US5





MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical /Spongious)**

US1L | Osteotomía (Similar Mectron® OT8L)

Angulada a la izquierda 90°, diseñada para técnica de osteotomía en maxilar y mandíbula.

Ref.:

28-US1L



MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**

US1R | Osteotomía (Similar Mectron® OT8R)

Angulada a la derecha 90°, diseñada para técnica de osteotomía en maxilar y mandíbula.

Ref.:

28-US1R



MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**

UL2 | Separación membrana sinusal (Similar Mectron® EL1)

Diseñada para separar la membrana de Schneider de las paredes óseas. Separación de la membrana sinusal.

Ref.:

28-UL2





MODO: **RAÍZ** (ROOT)
POTENCIA: **Endo (potencia máxima permitida)**

UL3 | Osteotomía / Osteoplastia (Similar Mectron® OT5)

Punta con revestimiento de diamante (100µm)
Diseñada para osteotomía y osteoplástia micrométrica: atraumático, para finalizar la osteotomía y osteoplástia en hueso delgado y/o cerca de estructuras anatómicas delicadas.

Ref.:

28-UL3



MODO: **RAÍZ** (ROOT)
POTENCIA: **Endo (potencia máxima permitida)**



UL4 | Osteotomía (Similar Mectron® OT1)

Punta con revestimiento de diamante (100µm)
Diseñada para osteotomía micrométrica: para finalizar la osteotomía en proximidad de tejidos blandos (membrana sinusal, vaso, nervio alveolar)

Ref.:

28-UL4





MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**

UI1 | Implantología

Diseñada para la preparación de la zona de implantación
ø: 1,6mm
Longitud de trabajo de la punta : 9mm



Ref.:

28-UI1 39´80€



MODO: **HUESO** (BONE)
POTENCIA: **Quality 1, Quality 2, Quality 3 (Cortical / Spongious)**

INSERTOS PARA ULTRASONIDOS

- Fabricados en acero al Cromo por Tekne Dental (Italia).
- Pulidos y reforzados, **totalmente compatibles.**
- **Roscas de precisión** según DIN, **homologadas.**

PiezoLED, PIEZOsoft y COMPATIBLES

TKD

PUNTA AX + LLAVE DYNO | Profilaxis curva. Equivalente KaVo® 201

KP2

Punta de raspado universal para la eliminación del sarro supragingival en todos los cuadrantes. Trabajar desde el borde incisal hasta el surco. Aplicar tangencialmente al diente. Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta.

Ref.:

40-43001

PUNTA BX + LLAVE DYNO | Profilaxis curva aplanada

KP2

Especialmente diseñada para eliminar el sarro supragingival, recubrimientos y manchas en todas las superficies dentales.

Ref.:

40-43002

PUNTA CX + LLAVE DYNO | Profilaxis curva aplanada

KP2

Especialmente diseñada para eliminar grandes depósitos supragingivales de cálculo.

Ref.:

40-43003

NUEVO

PUNTA PLX3 + LLAVE DYNO | Perio diamantada. Equivalente KaVo® 211

KP2

Cuenta con un revestimiento de diamante (70µm) ideal para un alisado radicular minucioso en línea de visión directa, alisado de proyecciones de restauración y la prolongación de techos de furca.

Ref.:

40-43013

BAJO PEDIDO

NUEVO

PUNTA PLX1 + LLAVE DYNO | Perio curvada a la derecha. Equivalente KaVo® 212

KP2

Diseñada para el desbridamiento periodontal. Especialmente indicado para superficies proximales inaccesibles (lingual, bucal) y en particular para surcos radiculares. Utilizar la superficie lateral de las puntas.

Ref.:

40-43011

BAJO PEDIDO

NUEVO

PUNTA PLX2 + LLAVE DYNO | Perio curvada a la izquierda. Equivalente KaVo® 213

KP2

Diseñada para el desbridamiento periodontal. Especialmente indicado para superficies proximales inaccesibles (lingual, bucal) y en particular para surcos radiculares. Utilizar la superficie lateral de las puntas.

Ref.:

40-43012

BAJO PEDIDO

PUNTA PX + LLAVE DYNO | Perio larga. Equivalente KaVo® 202

KP2

Diseñada para la eliminación del cálculo supra y subgingival en todos los cuadrantes hasta una profundidad de bolsa de 4 mm. Especialmente indicado para intersticios dentales y la zona del surco. Aplicar tangencialmente al diente. Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta

Ref.:

40-43004

PUNTA PSX + LLAVE DYNO | Perio larga, extra fina. Equivalente KaVo® 205

KP2

Diseñada para la eliminación de depósitos subgingivales en superficies radicula-res. Las bolsas periodontales profundas y tratamientos / revisiones periodontales preventivas. Aplicar tangencialmente al diente. Utilizar sólo los primeros 2-3 mm de la punta. Tratamiento suave (niños).

Ref.:

40-43005

NUEVO

PUNTA EX + LLAVE DYNO | Endodoncia, Endochuck ángulo 120°

KP2

Soporte 120° para limas de diámetro 0,7-0,8mm.
Recomendada para limpieza e irrigación de canales radiculares. Especialmente en piezas dentales anteriores.

Ref.:

40-43008

BAJO PEDIDO

NUEVO

PUNTA EX PIR + LLAVE | Perio, Endochuck ángulo 120° **(Punta soporte + 1 punta PEEK)**

KP2

Soporte 120° para puntas Peek + 1 punta peek.
Recomendada para limpieza y mantenimiento de implantes, coronas y puentes.

Ref.:

40-43009

BAJO PEDIDO

NUEVO

PUNTAS PEEK | Perio, Set puntas PEEK, **4 uds.**

Set puntas PEEK.
Recomendada para limpieza y mantenimiento de implantes, coronas y puentes.
Necesario Adaptador / Endochuck: 40-43009

Ref.:

40-43010

BAJO PEDIDO

PUNTA DX + LLAVE DYNO | Curva especial. Extracción de coronas

KP2

Especialmente diseñadas para extraer coronas, puentes y pivotes.

Ref.:

40-43007

MICRON

MICRON®

PUNTA TTL1 | Uso universal

Inserto, TTL1 (anillo verde), uso universal

Ref.:

27-TTL1

PUNTA TZ01 | Plana

Inserto, TZ01 (anillo rosa), plana

Ref.:

27-TZ01

PUNTA TES2 | Extra larga perio

Inserto, TES2 (anillo azul), extra largo perio

Ref.:

27-TES2

PUNTAS ENDOACTIVADORES

Endoactivador ENDO3

E70 | Endodoncia, endochuck

Endochuck / Adaptador para sujetar puntas Peek E71, E72, E73 o E74
Diseñada para la limpieza o irrigación del canal radicular.
Utilizado para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo.

Ref.:

28-E70



E71 | Endodoncia, Peek, Ø 0,3 x 17,7mm, 10Uds.

Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.
Para utilizar con soporte / endochuck E70.

Ref.:

28-E71



E72 | Endodoncia, Peek, Ø 0,3 x 20,7mm, 10Uds.

Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.
Para utilizar con soporte / endochuck E70.

Ref.:

28-E72



E73 | Endodoncia, Peek, Ø 0,25 x 17,7mm, 10Uds.

Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.
Para utilizar con soporte / endochuck E70.

Ref.:

28-E73



E74 | Endodoncia, Peek, Ø 0,25 x 20,7mm, 10Uds.

Utilizada para la irrigación del canal radicular tras la preparación del mismo. Autoclavable.
La parte de trabajo está fabricada de un polímero sin capacidad de corte, lo que previene dañar la morfología del canal.
Utilización: Modo E, potencia 1-3. Llenar de solución el canal, introducir la punta en el canal, accionar ultrasonidos y mover la punta arriba y abajo. Tras 20 segundos, parar y repetir 3 veces por canal. Usos recomendados: 6 canales.
Para utilizar con soporte / endochuck E70.

Ref.:

28-E74



E93 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 1%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:
28-E93





E96 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 2%, punta lisa
Material: Acero inoxidable

Ref.:
28-E96





E98 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:
28-E98





E99 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:
28-E99





Endoactivador ENDO1 (violeta) CONEXIÓN TIPO S

DTE®

ED93 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 1%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:
28-ED93





ED96 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 2%, punta lisa
Material: Acero inoxidable

Ref.:
28-ED96





ED98 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:
28-ED98





Endoactivador ENDO1 (blanco) COMPATIBLE EMS

WOODPECKER

E93 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 1%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:
28-E93





E96 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 20#, taper 2%, punta lisa
Material: Acero inoxidable

Ref.:
28-E96





E98 | Endodoncia, punta lisa, especial irrigación canal tras preaparación

Utilizada para irrigar el canal radicular tras su preparación.
Dimensiones: 25#, taper 2%, punta lisa
Material: Ni-Ti

Ref.:
28-E98